



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована  
по ISO 9001:2015 (SGS)

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПАЦИЕНТ:** Место взятия биоматериала:  
Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол:  
Возраст:

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

**HBV, ДНК, количественно**

Метод и оборудование: Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией в режиме реального времени

ДНК HBV, МЕ/мл

не обнаружено

**Комментарий:** Название тест-системы: «АмплиСенс® HBV-Монитор-FL», АмплиСенс. Линейный диапазон измерения тест-системы -  $75 \cdot 10^8$  МЕ/мл

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПАЦИЕНТ:** Место взятия биоматериала:  
Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол:  
Возраст:

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>НВeAg</b>		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Отношение S/CO (signal/cutoff)	0.10	0.00 - 1.00
Результат	отрицательный	отрицательный

#### anti-НВe, антитела

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Результат (S/CO)	↓ 0.002	более 1.000
------------------	---------	-------------

**Интерпретация:** антитела обнаружены

#### anti-НВс, IgM

Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPi, Siemens Healthcare Diagnostics, США - Германия)

Концентрация	<2.00 Ед/мл	0.00 - 9.00
Результат	отрицательный	отрицательный

#### НВsAg

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система НВsAg II, серия 436954, срок годности до 31.07.2020

Результат	положительный, назначен подтверждающий тест в соответствии с п.4 СПЗ.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»	отрицательный
-----------	--	---------------

#### НВsAg, подтверждающий тест

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система НВsAg Confirmatory Test, серия 436954-01, срок годности до 31.07.2020

Результат	положительный	отрицательный
-----------	---------------	---------------

**Комментарий:** Рекомендуется консультация врача-инфекциониста для решения вопроса о необходимости дополнительного обследования. Интерпретацию результатов лабораторных исследований проводит лечащий врач.

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

ЗАКАЗ №:

---

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: \_\_\_\_\_ М.И. Скибо/

